



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

Procedura aperta per l'acquisizione di attrezzatura tecnico – scientifica nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" (PON "R&C") 2007 – 2013 – Progetto di Potenziamento Strutturale PONa3_00354 CE2 2 – "Center Of Entrepreneurial Engineering" – CUP: F81D11000270007. 4 lotti

CHIARIMENTI N.3

Alcune Ditte hanno posto alcuni quesiti a questa Amministrazione in relazione alla procedura aperta di cui all'oggetto.

Si risponde ai quesiti pubblicandoli sul sito web dell'Ateneo.

QUESITO N.1

Con riferimento al lotto 3 – Fornitura di un sistema di Real Time PCR – Cod. CIG: 488677311FE chiediamo il seguente chiarimento:

- 1) Le caratteristiche tecniche riportate nel capitolato sono da ritenersi come indicazione minima, ovvero devono essere offerti prodotti migliorativi rispetto alla richiesta?
- 2) Nella fornitura devono essere previste sia le piastre da 96 che da 384 pozzetti e il software di disegno delle sonde/primer?

RISPOSTA:

- 1) Può anche essere offerta strumentazione con caratteristiche tecniche migliorative rispetto a quelle riportate in capitolato;
- 2) Il software di disegno delle sonde/primer è opzionale ("eventuale" come riportato in capitolato");
- 3) Le piastre da 96 e da 384 pozzetti sono anch'esse opzionali. Tuttavia la fornitura deve prevedere i materiali di consumo necessari all'installazione e al collaudo dello strumento.

Lecce, 23 aprile 2013

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Alessandro Quarta