



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

Procedura aperta per l'acquisizione di attrezzatura tecnico – scientifica nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" (PON "R&C") 2007 – 2013 – Progetto di Potenziamento Strutturale PONa3_00354 CE2 2 – "Center Of Entrepreneurial Engineering" – CUP: F81D11000270007. 4 lotti

CHIARIMENTI N.2

Alcune Ditte hanno posto alcuni quesiti a questa Amministrazione in relazione alla procedura aperta di cui all'oggetto.
Si risponde ai quesiti pubblicandoli sul sito web dell'Ateneo.

QUESITO N.1

Con riferimento al lotto 3 – Fornitura di un sistema di Real Time PCR – Cod. CIG: 488677311FE chiediamo il seguente chiarimento:

- 1) Dalle caratteristiche tecniche esplicitate nel bando di gara viene identificato il sistema della Life Technologies Quant Studio 12 k Flex7Dx Real – Real Time PCR System. La pregiata Università del Salento applica il principio dell'equivalenza? In un'eventuale aggiudicazione del sistema Rotor – Gene si rischia di non superare la fase di collaudo anche se il sistema da noi offerto non ha le caratteristiche indicate benchè equivalenti se non addirittura superiori per alcune specifiche?
- 2) Le specifiche tecniche sono da considerarsi mandatorie o è possibile offrire sistemi che nel rispetto dell'impianto generale del capitolato possano presentare soluzioni alternative con vantaggi per la stazione appaltante. Vedi anche la possibilità di offrire come sistema ottico dei LED e dei Fotodiodi invece che Lampada e CCD che assicurerebbero vantaggi quale maggiore durata e costi di esercizio minori.
- 3) Richiesta di un banco/tavolo da laboratorio: è questa richiesta mandatoria? Può eventualmente essere causa di esclusione? Questo perché il sistema può essere posizionato su di un normalissimo banco da laboratorio senza nessuna particolare richiesta. Inoltre non essendo produttori di questo specifico articolo (come la maggior parte delle ditte che commercializzano strumentazione scientifica) ci risulta difficile per motivi legali/amministrativi/sicurezza poter fornire tale prodotto.

RISPOSTA:

Nel rispetto delle specifiche prestazionali riportate nel capitolato, è anche possibile offrire strumentazione con sistemi "hardware" alternative a quelli descritti nel capitolato (ad esempio sistema ottico a LED vs. sistema lampada – CCD camera) purchè tali sistemi risultino equivalenti o vantaggiosi.

Lecce, 22 aprile 2013

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Alessandro Quarta