

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURA TECNICO – SCIENTIFICA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “RICERCA E COMPETITIVITA’ (PON “R&C”) 2007 – 2013 – PROGETTO “INFRASTRUTTURA MULTIDISCIPLINARE PER LO STUDIO E LA VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITA’ MARINA E TERRESTRE NELLA PROSPETTIVA DELLA <INNOVATION UNION> (BIOforIU) – CODICE PONa3\_00025 – CUP: F81D11000160007 – CODICE CIG: 5785022F29 –**

#### **CHIARIMENTI**

Alcune Ditte hanno posto i seguenti quesiti a questa Amministrazione in relazione alla procedura aperta in oggetto.

Si risponde ai quesiti pubblicandolo sul sito web.

##### **Quesito n. 1**

*Relativamente al bando in oggetto siamo a richiedere maggiori informazioni e delucidazioni per n. 2 Camere climatiche per stabulario acquatico- “kit rimovibile di luci al di sopra (all’esterno) della camera in vano idoneo. Tale kit dovrà essere posizionato utilizzando un sistema di elevazione per agevolarne il sollevamento”*

*D) kit rimovibili di luci per fotoperiodo “eventualmente riponibile in apposito alloggiamento posto sul soffitto (all’esterno) delle camere climatiche”*

*Inoltre i kit sono uguali per tutte le camere o sono differenti?*

##### **Risposta**

Le due camere climatiche previste per lo stabulario acquatico oltre al sistema di illuminazione centralizzato della camera prevedono la possibile installazione di un kit di luci per la sperimentazione su fitoplancton descritte tecnicamente al punto D del capitolato. Lo stesso kit di luci deve potere essere installabile nelle due camere climatiche e, laddove necessario, le sperimentazioni condotte nelle due camere potranno prevedere differenti condizioni di illuminazione, come intensità, tempi o distribuzione verticale, attraverso i sistemi di controllo dei kit, tra loro indipendenti.

Le ridotte dimensioni dello stabulario richiedono che il soffitto esterno delle camere sia progettato in modo da ospitare i kit, quando non in uso all’interno delle camere, e che per quanto possibile il sistema di sollevamento sia ‘guidato’, in modo da facilitare gli operatori ed assicurare che l’operazione si svolga senza rischio di danneggiamento meccanico del kit stesso.


##### **Quesito n. 2**

*Relativamente alla procedura di gara in oggetto si chiede se oltre a quanto già pubblicato sul sito ci siano altri elaborati progettuali da poter ritirare presso l’Ufficio appalti e se sia previsto il rilascio di un attestato di presa visione da inserire nella documentazione di gara.*

Non ci sono altri elaborati presso l’Ufficio Appalti e Contratti.

Non è previsto il rilascio di un attestato di presa visione degli elaborati.

Il Responsabile del Procedimento  
Avv. Marcella Pennetta



---